



Competentiemeter hoestmachine invasief

Naam cursist
Organisatie
Naam beoordelaar
Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter hoestmachine invasief volwassen zorgvragers					
Zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager bij het gebruik van de hoestmachine					
		1	2	3	nvt
1	De zorgverlener kan het doel benoemen van het gebruik van de hoestmachine				
2	De zorgverlener kan de indicaties benoemen voor het gebruik van de hoestmachine.				
3	De zorgverlener voert de handeling uit volgens het handelingsschema "Hoestmachine invasief" (observatieschaal)				
4	De zorgverlener observeert tijdens handelingen de zorgvrager				
5	De zorgverlener observeert de saturatiemeter voor, tijdens en na de handeling en handelt conform de afspraken indien de waarden van de saturatie meting afwijken				
6	De zorgverlener stemt af en communiceert tijdens handelingen met de zorgvrager				

7	De zorgverlener kan de zorgvrager geruststellen/ motiveren				
8	De zorgverlener kan het resultaat van de handeling evalueren				
Veilige toepassing van de apparatuur bij behandeling met de hoestmachine		1	2	3	nvt
9	De zorgverlener kan de hoestmachine correct bedienen				
10	De zorgverlener kan het slangstelsel en bacteriefilter correct aansluiten				
11	De zorgverlener kan het onderhoud van de hoestmachine benoemen				
12	De zorgverlener kan het uitzuigapparaat correct bedienen				
13	De zorgverlener kan het onderhoud van het uitzuigapparaat benoemen				
14	De zorgverlener kan de saturatiemeter correct bedienen				
15	De zorgverlener kan handelen bij alarmering van de saturatiemeter				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager in crisissituaties bij het gebruik van de hoestmachine		1	2	3	nvt
16	De zorgverlener kan handelen bij een defecte hoestmachine				
17	De zorgverlener kan oorzaken benoemen van acute benauwdheid				
18	De zorgverlener kan handelen bij acute benauwdheid				
19	De zorgverlener kan handelen bij een verstopte canule				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar de zorgvrager en evt. betrokken derden		1	2	3	nvt
20	De zorgverlener kan informatie geven over gedane observaties				
21	De zorgverlener kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
22	De zorgverlener kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
Eindoordeel					

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **5 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 17 competenties mogen er maximaal **3** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 2 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 16 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
16	4
15	3
14	3
13	2
12	2

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: