



umcg



Maastricht UMC+



Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam



UMC Utrecht

Observatieschaal 7 Volwassenen (OS 7)

Vullen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicatie/contra-indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten, zeker benoemen: NOOIT spreekklep bij opgeblazen cuff				
	Cuff legen	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste materialen klaar: niet steriele handschoenen, desinfectans, 10 milliliter spuit met voorgeschreven hoeveelheid steriel water of lucht, benodigdheden voor uitzuigen van de luchtwegen, handbeademingsballon met swivel				

5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	zuigt de tracheacanule uit				
10.	zuigt voorafgaand aan legen cuff de mond/keel holte uit.				
11.	plaatst de 10 ml spuit op ventiel van de cufflijn				
12.	neemt nieuwe uitzuigkatheter				
13.	opent de tracheacanule door: de swivel los te maken van de tracheacanule of verwijdert de kunstneus				
14.	onderdrukt het alarm van de beademingsmachine indien de zorgvrager wordt beademd. De beademing mag niet worden uitgezet, behalve als dat is afgesproken				
15.	brengt uitzuigkatheter niet-zuigend in (=tot weerstand wordt gevoeld en trek dan 1 cm terug)				
16.	leegt cuff met spuit en checkt de hoeveelheid				
17.	zuigt direct daarna canule uit				
18.	sluit de beademing weer aan of plaats de spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
19.	past programma op beademingsmachine aan, indien er 2 programma's zijn voor gecufft en ongecufft beademen				
20.	zuigt de tracheacanule indien nodig nog een keer uit				
21.	controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing				
22.	ruimt de gebruikte materialen op				

23.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
24.	wast of desinfecteert handen				
	Cuff vullen	1	2	3	nvt
25.	wast of desinfecteert de handen				
26.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
27.	informeert de zorgvrager				
28.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
29.	past het programma op de beademingsmachine aan indien er twee programma's zijn voor gecufft en ongecufft beademen				
30.	vult de 10 milliliter spuit met de afgesproken hoeveelheid lucht of steriel water				
31.	verwijdt indien aanwezig de spreekklep, afsluitdop of de kunstneus				
32.	blaast gedurende de inademingsfase de afgesproken hoeveelheid lucht/steriel water in de cuff				
33.	sluit indien van toepassing de beademingsmachine aan				
34.	vraagt of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing				
35.	ruimt de gebruikte materialen op				
36.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
37.	wast of desinfecteert handen				
38.	rapporteert de bijzonderheden volgens afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 12 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 26 items mogen er maximaal 5 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 26 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
22	4
21	4
20	4
19	4
18	4
17	3
16	3

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: