

## Observatieschaal 13 Volwassenen (OS 13)

### Het gebruik van een noodcanule

---

Categorie: voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

#### Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

#### **De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!**

	<b>De zorgverlener:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>nvt</b>
	<b>Vorbereiding</b>				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	<b>benoemt aandachtspunten</b>				
	<b>Het gebruik van een noodcanule</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>nvt</b>
4.	zet de juiste spullen klaar: schoon werkveld, niet-steriele handschoenen, desinfectans, handbeademingsballon met swivel, spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen, noodcanule, schoon canulegas (metaline- of splitgas), canulebandje, zo nodig 10 milliliter spuit, zo nodig flacon steriel water glijmiddel of (kraan) water, opvangbakje, afvalbakje, droge en natte niet-steriele gazen				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				

7.	informeert de zorgvrager				
8.	<b>Er is een noodsituatie; bij het wisselen van de tracheacanule lukt het niet de schone tracheacanule in te brengen</b>	1	2	3	nvt
9.	haalt de noodcanule uit de verpakking				
10.	plaatst de voerder in de noodcanule en brengt, indien aanwezig, het glijmiddel aan (in plaats van glijmiddel mag ook (kraan) water worden gebruikt)				
11.	brengt de noodcanule met een vloeiende beweging (richting de tenen) via de tracheostoma in de luchtpijp				
12.	verwijdert direct voerder				
13.	plaatst binnencanule indien aanwezig				
14.	sluit de beademingsmachine of handbeademingsballon aan. Houdt tracheacanule met 1 hand vast.				
15.	controleert de werking van de beademingsmachine. Indien de zorgvrager niet wordt beademd: geef de zorgvrager lucht door te beademen met een handbeademingsballon				
16.	controleert of zorgvrager voldoende lucht krijgt				
17.	Maakt het canulebandje vast aan de tracheacanule				
18.	<b>vul, indien aanwezig en voorgeschreven, de cuff met behulp van de 10 ml spuit met de afgesproken hoeveelheid lucht of steriel water</b>				
19.	plaatst canulegasje als de zorgvrager stabiel is				
20.	belt 112 indien zorgvrager benauwd blijft of belt CTB zodra situatie stabiel blijft				
21.	ruimt de gebruikte materialen op				
22.	trekt niet steriele handschoenen uit				
23.	wast of desinfecteert handen				
24.	Rapporteert de situatie en de afspraken met het CTB volgens de afspraken binnen je eigen organisatie				

**Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:**

Alle 9 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 15 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 13 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

<b>Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties</b>	<b>Maximaal aantal onvoldoendes</b>
---	-------------------------------------

15	3
14	3
13	3
12	3
11	3

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: