

Observatieschaal 21 Volwassenen(OS21)

Aansluiten en afsluiten van maskerbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist
Naam beoordelaar
Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	Aansluiten aan beademing	1	2	3	nvt
	De zorgverlener				
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt de aandachtspunten				
	Werkwijze aansluiten van de beademing				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: niet steriele handschoenen, het voorgeschreven masker met hoofdband en eventueel kinband, beademingsmachine met beademingscircuit, evt. elektrische bevochtiger, kraanwater				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				

8.	controleert of de beademingsmachine klaar is om te beademen; zet de beademingsmachine aan				
9.	controleert het disconnectie alarm				
10.	controleert of het alarm doorkomt op oproepsysteem				
11.	controleert of de beademingsmachine aangesloten is op netstroom				
12.	controleert bij aanwezigheid van een accu de accu status				
13.	controleert of de bevochtiging klaar is om te bevochtigen				
14.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
15.	brengt op volgens voorschrift masker aan				
16.	controleert of er lucht uit de beademings slang komt				
17.	koppelt de beademings slang aan het masker				
18.	kijkt of de borstkas en/of buik omhoog komen/komt als de beademingsmachine lucht inblaast en vraagt aan de zorgvrager of hij/zij voldoende lucht krijgt				
19.	kijkt of de zorgvrager comfortabel aan de beademing is				
20.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
21.	wast of desinfecteert de handen				
	Afsluiten van de beademing				
22.	wast of desinfecteert de handen				
23.	trekt niet-steriele handschoenen aan				
24.	informeert de zorgvrager				
25.	koppelt de beademings slang los van het masker				
26.	controleert of zorgvrager zelf ademt, voldoende lucht krijgt en comfortabel is				
27.	zet de beademingsmachine uit				
28.	zet de bevochtiger uit				
29.	ruimt de gebruikte materialen op				
30.	verwijdert het water en maak het waterbakje schoon en droog				
31.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
32.	wast of desinfecteert de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 10 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 22 items mogen er maximaal **4** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 22 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
21	4
20	4
19	4
18	4
17	3