

Handelingsschema kind 14

Aan -en afsluiten maskerbeademing

Categorie: risicovolle handeling

Doel	• het toepassen van niet-invasieve beademing (masker)
Benodigdheden	• het voorgeschreven beademingsmasker met hoofdbanden, en eventueel kinband • beademingsslangen • beademingsmachine • bevochtiger, indien voorgeschreven • kraanwater • saturatiemeter, indien voorgeschreven • niet-steriele handschoenen, indien voorgeschreven
Werkwijze; aansluiten van de beademing	1. was of desinfecteer de handen, trek indien voorgeschreven niet-steriele handschoenen aan 2. instrueer het kind, indien mogelijk 3. sluit de saturatiemeter aan, indien voorgeschreven 4. controleer of de beademingsmachine klaar is voor gebruik; zet de beademingsmachine aan en controleer de alarmen. Als het kind in een instelling verblijft en het beademingsapparaat gekoppeld is aan het medisch oproepsysteem controleer of het alarm doorkomt op het oproepsysteem van de zorgverlener. 5. controleer of de bevochtiger (indien voorgeschreven) klaar is voor gebruik en zet deze aan. 6. positioneer het kind in de gewenste houding 7. zet in overleg met het kind het beademingsmasker op het gezicht en maak de hoofdbanden vast zodat het comfortabel past en geen pijn veroorzaakt. De lengte van de hoofdbanden moet links en rechts van het masker gelijk zijn. De hoofdbanden moeten zó los zitten dat het masker tijdens de beademing door de luchtdruk iets wordt opgetild. De randen van het beademingsmasker blijven daarbij in contact met de huid 8. koppel de beademingsslang aan het masker. 9. start de beademingsmachine 10. kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de machine lucht inblaast en vraag aan het kind of hij voldoende lucht krijgt 11. kijk/vraag of het kind comfortabel aan de beademing is 12. trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of

	desinfecteer de handen
Aandachtspunten bij aansluiten	Let op: • luchtlekage langs het masker • voorkom lekkage bij de ogen • borstkas/buikbeweging • het functioneren van de beademingsmachine • tijdens de beademing kan er lucht in de buik komen • misselijkheid en braken • bij een kwetsbare huid, kan er een huidbeschermingsproduct gebruikt worden, in overleg met CTB
Werkwijze; Afsluiten van de beademing	1. was of desinfecteer de handen, trek indien voorgeschreven niet-steriele handschoenen aan 2. instrueer het kind, indien mogelijk 3. koppel de beademingsslang los van het beademingsmasker 4. maak de hoofdbanden van het masker los en haal het masker van het gezicht af 5. controleer of het kind zelf ademt, zich comfortabel voelt en voldoende lucht krijgt 6. zet de machine uit 7. zet de bevochtiger, indien aanwezig, uit 8. zet de saturatiemeter uit, indien aanwezig en afgesproken 9. reinig en ruim de materialen op volgens de instructies van het CTB 10. trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten bij afsluiten	• kind krijgt te weinig lucht; sluit de beademing opnieuw aan, zie boven werkwijze aansluiten van de beademing • kind kan last hebben van lucht in de buik Neem bij onduidelijkheden contact op met het CTB.