



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 02

Beademen met een handbeademingsballon op een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Voorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Beademen met een handbeademingsballon op een tracheacanule				
4.	Pak juiste benodigdheden				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Controleer of het overdrukventiel open is				
8.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
9.	Open de tracheacanule door:				

	• de swivel los te maken van de tracheacanule • de spreekklep, de afsluitdop of het bevochtigingsfilter te verwijderen				
10.	Sluit de swivel van de handbeademingsballon aan op de tracheacanule				
11.	Knijp met twee handen rustig in de handbeademingsballon, de frequentie is afhankelijk van de leeftijd en behoefte van het kind. Hiermee wordt lucht in de longen van het kind geblazen en zie je de borstkas omhoog komen				
12.	Tussen de beademingen door moet voldoende tijd zijn om passieve uitademing mogelijk te maken en de ballon moet zich weer kunnen vullen met lucht				
13.	Beadem net zolang met de handbeademingsballon tot mechanische beademing weer mogelijk is of tot het kind gestabiliseerd is of volgens behandeling. Zie handelingsschema kind 05: 'Druppelen en balloneren via een tracheacanule'				
14.	Sluit de tracheacanule door: • de beademingsmachine aan te sluiten, of • de spreekklep, het afsluitdop of het bevochtigingsfilter weer aan te brengen				
15.	Ruim de gebruikte materialen op				
16.	Trek de niet-steriele handschoenen uit				
17.	Was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 5 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 12 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 11 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal	Maximaal aantal
---------------	------------------------

beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	onvoldoendes
11	2
10	2
9	2
8	1
7	1