



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 06

Toepassen van een spreekklep

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoem de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
4.	Pak juiste benodigdheden				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Als het kind beademd wordt: maak de swivel van de verbindingsslang los van de tracheacanule en zet de beademingsmachine uit				
9.	Zuig na informeren van het kind voorafgaand aan				

	het plaatsen van de spreekklep de luchtwegen goed uit				
10.	<i><u>Maak de cuff, indien aanwezig, leeg.</u></i> Zuig opnieuw, liefst gelijktijdig de luchtwegen schoon				
11.	Plaats de spreekklep op de tracheacanule				
12.	Observeer de ademhaling van het kind; indien deze aangeeft dat de spreekklep het ademen moeilijker maakt, of indien ademarbeid toeneemt verwijder dan de spreekklep				
13.	Ruim de gebruikte materialen op				
14.	Reinig, indien de spreekklep is vervangen voor een schoon exemplaar, de gebruikte spreekklep en berg deze op				
15.	Trek de niet-steriele handschoenen uit, en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 4 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 11 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
10	2
9	2
8	2
7	1
6	1