



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 09B

Vullen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Voorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	<i>Het legen van de cuff</i>				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Zuig indien nodig de tracheacanule en of de mondkeelholte uit voorafgaand van het legen van de cuff.				
9.	Neem een nieuwe uitzuigkatheter en laat het uitzuigapparaat aanstaan				

10.	Bevestig de spuit op het ventiel van de cuff-lijn				
11.	Leeg de cuff door met het spuitje de lucht of het steriele water op te zuigen. Check de hoeveelheid!				
12.	Zuig direct na het legen van de cuff de tracheacanule uit (het slijm dat boven de cuff zat zal naar beneden zakken)				
13.	Sluit de tracheacanule door: a. Bevochtigingsfilter weer aan te brengen, of b. Beademingsslang weer aan te sluiten				
14.	Indien het kind wordt beademd en de beademingsmachine ingesteld is op twee programma's, de beademingsmachine op het ongecuffte programma zetten				
15.	Zuig het kind zo nodig nog een keer uit				
16.	Controleer of het kind comfortabel is, is het kind benauwd, wordt het kind goed beademd ?				
17.	Ruim de gebruikte materialen op				
18.	Trek de niet-steriele handschoenen uit				
19.	Was of desinfecteer de handen				
	<i>Het vullen van de cuff</i>				
20.	Was of desinfecteer de handen				
21.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
22.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
23.	Indien het kind wordt beademd en de beademingsmachine ingesteld is op twee programma's, de beademingsmachine eerst op het gecuffte programma zetten				
24.	Vul de cuff van de tracheacanule met de benodigde hoeveelheid lucht of water, volgens afspraak CTB				
25.	Indien mogelijk, vul de cuff gedurende de inademingsfase				
26.	Spuit nooit zomaar lucht of steriel water bij				
27.	Observeer het kind, kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt als de machine lucht inblaast. Beoordeel of het kind comfortabel is aan de beademing				
28.	Ruim de gebruikte materialen op				
29.	Trek de niet-steriele handschoenen uit				
30.	Was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 8 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 22 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 22 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
21	3
20	3
19	3
18	2
17	2