



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 18

Hoestmachine niet-invasief

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Bespreek indien mogelijk met het kind een stopteken af				
9.	Sluit de saturatiemeter aan				

10.	Zet de hoestmachine aan en controleer de instellingen van de hoestmachine die zichtbaar zijn zoals voorgeschreven door het CTB				
11.	Test de hoestmachine en beoordeel of de machine negatieve en positieve druk opbouwt				
12.	Neem, indien het kind beademd wordt, het masker van het gezicht en onderdruk het alarm van de beademingsmachine of zet de beademingsmachine uit				
13.	Plaats het mond-neusmasker op het gezicht van het kind. Het masker dient stevig op het gezicht gedrukt te worden, zodat er minimale lekkage van lucht is				
14.	Start de behandeling				
15.	Laat het masker tijdens de behandeling op het gezicht van het kind staan gedurende vijf hoestcycli. Een hoestcyclus bestaat uit een inademing, een uitademing en een pauze				
16.	Vijf hoestcycli vormen één sessie. Vijf van deze sessies vormen één behandeling (tenzij anders is voorgeschreven)				
17.	Begin en beëindig elke sessie met een inademing				
18.	Observeer of de borstkas van het kind omhoog gaat				
19.	Pas, indien voorgeschreven, buik en/of borstcompressie toe tijdens de uitademing				
20.	Verwijder het mond-neusmasker en zet de hoestmachine uit				
21.	Indien nodig, zuig de mond uit van het kind				
22.	Hervat, indien nodig, de niet-invasieve beademing				
23.	Zet, indien afgesproken, de saturatiemeter uit				
24.	Reinig en ruim de gebruikte materialen op, trek de niet-steriele handschoenen uit, was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **11 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 13 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 13 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
12	3
11	3
10	3
9	2
8	2