



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 01

Aansluiten en afsluiten van invasieve beademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) van de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Aansluiten en afsluiten van invasieve beademing				
	<i>Aansluiten van invasieve beademing</i>				
4.	Zet de juiste materialen klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeert het kind, indien mogelijk en positioneert het kind in de gewenste houding				
8.	Controleer de beademingsmachine of deze klaar is voor gebruik door:				
	• Controleer of er een disconnectie-alarm gaat				

	indien de beademingsmachine niet aangesloten is en of er een obstructie-alarm gaat indien de slang wordt geblokkeerd. Als het kind in een instelling verblijft: controleer of de alarmen doorkomen op het oproepsysteem van de zorgverlener • Controleer of de beademingsmachine aangesloten is op stroom en de status van batterij. • Controleer of de bevochtiger klaar is voor gebruik • Indien er geen actieve bevochtiger wordt gebruikt: plaats een bevochtigingsfilter tussen whisperswivel/expiratieklep en swivel.				
9.	Positioneer het kind in de gewenste houding en sluit indien afgesproken de saturatiemeter aan				
10.	Controleer of de beademingsmachine nog aan staat door te controleren of er lucht uit de beademingsslang komt				
11.	Verwijder, indien aanwezig, het bevochtigingsfilter, het spreekklepje of afsluitdop van de tracheacanule.				
12.	Koppel de swivel van de beademingsslang aan de tracheacanule				
13.	Vul, indien aanwezig en volgens afspraak, de cuff van de tracheacanule met de benodigde hoeveelheid lucht of water				
14.	Observeer het kind, kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt als de machine lucht inblaast. Beoordeel of het kind comfortabel is aan de beademing				
15.	Trek de niet-steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				
	<i>Afsluiten van invasieve beademing</i>				
16.	Was of desinfecteer de handen en trek niet-steriele handschoenen aan				
17.	Instrueer het kind, indien mogelijk				
18.	Koppel de swivel los van de tracheacanule				
19.	Controleer of het kind zelf ademt, zich comfortabel voelt en voldoende lucht krijgt				
20.	Zet de beademingsmachinemachine uit				
21.	Zet de bevochtiger uit				

22.	Indien het kind tijdens de beademing gecufft is, leeg de cuff, indien afgesproken, en zuig de tracheacanule zonodig uit				
23.	Plaats, volgens afspraak, een bevochtigingsfilter, spreekklep (nooit met opgeblazen cuff) of afsluitdop op de tracheacanule (nooit met opgeblazen cuff)				
24.	Controleer of het tracheacanulebandje strak genoeg zit(1 vinger tussen hals en tracheacanulebandje)				
25.	Ruim de gebruikte materialen op en hang zo nodig de slangen uit				
26.	Trek de niet-steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 5 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 21 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 21 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
20	3
19	3
18	3
17	2
16	2