



umcg



Maastricht UMC+



Observatieschaal kind 08

Het wisselen van een tracheacanule zonder cuff

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het wisselen van een tracheacanule zonder cuff				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Sluit de saturatiemeter aan (indien voorgeschreven)				
9.	Maak een schoon werkveld en plaats een afvalbakje				

10.	Leg de volgende benodigdheden op het werkveld: tracheacanule, nood tracheacanule, tracheacanulegaas en canulebandje, voerder indien aanwezig. Vochtige en droge gaasjes om het tracheostoma te kunnen schoonmaken. Bevestig het bandje aan één kant van de tracheacanule				
11.	Zorg dat de handbeademingsballon binnen handbereik ligt				
12.	Controleer eerst de onderdelen van de schone tracheacanule op eventuele beschadigingen. Breng de voerder in en controleer of deze makkelijk in en uit de tracheacanule gaat				
13.	Plaats de voerder terug in de tracheacanule				
14.	Maak de buitenzijde van de schone tracheacanule glad door middel van glijmiddel of (kraan)water				
15.	Zuig, zo nodig, voorafgaand aan de tracheacanulewissel, de luchtwegen goed uit				
16.	Positioneer het kind in de gewenste houding of vraag het kind de gewenste houding aan te nemen, indien mogelijk in rugligging met het hoofd iets achterover. Bij jonge kinderen is het wenselijk om een opgerolde handdoek onder de schouders te plaatsen om meer ruimte in de hals te krijgen. Bij oudere kinderen kan de wissel ook zittend verricht worden				
17.	Verwijder het canulebandje en het canulegaas, houdt de tracheacanule in een goede positie vast				
18.	Maak de beademing, indien aanwezig, los van de tracheacanule en onderdruk het akoestisch alarm. De machine mag <i>alleen</i> worden uitgezet als het kind voldoende beademingsvrije tijd heeft tijdens de wissel van de tracheacanule				
19.	Indien het kind niet wordt beademd, verwijder bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop				
20.	Verwijder de tracheacanule met een vloeiende beweging uit de trachea en leg deze in het opvangbakje				
21.	Breng de schone tracheacanule met voerder met een vloeiende beweging in de trachea (richting tenen)				
22.	Verwijder de voerder				
23.	Indien nodig, sluit de beademing aan				

24.	Fixeer de tracheacanule met het canulebandje				
25.	Reinig de huid rondom het stoma door middel van een vochtig gaas, maak het droog met een droog gaas en inspecteer het stoma en de huid. Let hierbij op kleur, geur, pijn en zwelling				
26.	Breng het huidbeschermingsmiddel aan, indien voorgeschreven				
27.	Indien het kind niet wordt beademd, plaats dan bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop zoals voorgeschreven				
28.	Breng het tracheacanulegaas aan				
29.	Controleer na het bevestigen of dit strak genoeg zit. Er mag een vinger ruimte zijn tussen het canulebandje en de huid van de hals				
30.	Controleer de ademhaling en beoordeel of het kind comfortabel is				
31.	Ruim de gebruikte materialen op				
32.	Reinig de tracheacanule, indien deze opnieuw gebruikt wordt, berg deze schoon en droog op				
33.	Reinig, indien aanwezig, de spreekklep en/of afsluitdop				
34.	Trek de niet-steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 15 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 19 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 19 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
18	3
17	3
16	3
15	2
14	2