



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 12

Zuurstof toedienen bij invasieve beademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Bevestig het einde van de zuurstof verbindingsslang aan de zuurstof bron				
6.	Bevestig het andere einde van de zuurstof verbindingsslang aan het specifieke zuurstof aansluitpunt van de voorgeschreven beademingsmachine				
7.	Sluit het kind aan de beademingsmachine aan en zet				

	deze aan				
8.	Zet de zuurstof bron aan				
9.	Bij afsluiten van een beademing: zet eerst de zuurstof bron uit en haal het kind van de beademing af. Zet tot slot de beademingsmachine uit				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 5 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 4 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 4 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
3	1
2	1