



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 14

Aan- en afsluiten maskerbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Aan- en afsluiten maskerbeademing				
	Werkwijze bij aansluiten beademing				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
7.	Sluit de saturatiemeter aan, indien voorgeschreven				
8.	Controleer of de beademingsmachine klaar is voor gebruik; zet de beademingsmachine aan en				

	controleer de alarmen. Als het kind in een instelling verblijft en het beademingsapparaat gekoppeld is aan het medisch oproepsysteem controleer of het alarm doorkomt op het oproepsysteem van de zorgverlener				
9.	Controleer of de bevochtiger (indien voorgeschreven) klaar is voor gebruik en zet deze aan				
10.	Zet in overleg met het kind het beademingsmasker op het gezicht en maak de hoofdbanden vast zodat het comfortabel past en geen pijn veroorzaakt. De lengte van de hoofdbanden moet links en rechts van het masker gelijk zijn. De hoofdbanden moeten zó los zitten dat het masker tijdens de beademing door de luchtdruk iets wordt opgetild. De randen van het beademingsmasker blijven daarbij in contact met de huid				
11.	Koppel de beademingsslang aan het masker				
12.	Start de beademingsmachine				
13.	Kijk of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de machine lucht inblaast en vraag aan het kind of hij voldoende lucht krijgt				
14.	Kijk/vraag of het kind comfortabel aan de beademing is				
15.	Trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of desinfecteer de handen				
	Werkwijze bij afsluiten beademing				
16.	Was of desinfecteer de handen				
17.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
18.	Koppel de beademingsslang los van het beademingsmasker				
19.	Maak de hoofdbanden van het masker los en haal het masker van het gezicht af				
20.	Controleer of het kind zelf ademt, zich comfortabel voelt en voldoende lucht krijgt				
21.	Zet de machine uit				
22.	Zet de bevochtiger, indien aanwezig, uit				
23.	Zet de saturatiemeter uit, indien aanwezig en afgesproken				
24.	Reinig en ruim de materialen op volgens de				

	instructies van het CTB				
25.	Trek de handschoenen uit (indien aanwezig) en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **11 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 14 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
13	3
12	3
11	3
8	2
7	2