



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

## Observatieschaal kind 15

### Zuurstof toedienen bij maskerbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

#### Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

**De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !**

|    | de zorgverlener                                                                            | 1 | 2 | 3 | nvt |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
|    | <b>Vorbereiding</b>                                                                        |   |   |   |     |
| 1. | Benoemt doel van de handeling                                                              |   |   |   |     |
| 2. | Benoemt de indicatie(s) bij de handeling                                                   |   |   |   |     |
| 3. | <b>Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling</b>               |   |   |   |     |
|    | <b>Zuurstof toedienen bij maskerbeademing</b>                                              |   |   |   |     |
|    | <i>Zuurstof tussenstuk</i>                                                                 |   |   |   |     |
| 4. | <b>Plaats het zuurstof tussenstuk tussen het beademingsmasker en het beademingscircuit</b> |   |   |   |     |
| 5. | Bevestig het einde van de zuurstof verbindingsslang aan de zuurstof bron                   |   |   |   |     |

|     |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6.  | Bevestig het andere einde van de zuurstof verbindingsslang aan de nippel van het zuurstof tussenstuk                                               |  |  |  |  |
| 7.  | <b>Zet het beademingsapparaat aan en sluit het kind aan</b>                                                                                        |  |  |  |  |
| 8.  | <b>Zet de zuurstof bron aan</b>                                                                                                                    |  |  |  |  |
|     | <i>Beademingsmachine met specifieke zuurstof aansluit punt</i>                                                                                     |  |  |  |  |
| 9.  | Bevestig het einde van de zuurstof verbindingsslang aan de zuurstof bron                                                                           |  |  |  |  |
| 10. | Bevestig het andere einde van de zuurstof verbindingsslang aan het specifieke zuurstof aansluitpunt van de voorgeschreven beademingsmachine        |  |  |  |  |
| 11. | <b>Zet het beademingsapparaat aan en sluit het kind aan</b>                                                                                        |  |  |  |  |
| 12. | <b>Zet de zuurstof bron aan</b>                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 13. | <b>Bij afsluiten van een beademing: zet eerst de zuurstof bron uit en haal het kind van de beademing af. Zet tot slot de beademingsmachine uit</b> |  |  |  |  |

**Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:**

Alle **5 vetgedrukte items** bij een tussenstuk of alle **4 vetgedrukte items** bij zuurstofaansluitpunt met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 8 of 9 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 4 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

| <b>Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties</b> | <b>Maximaal aantal onvoldoendes</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 7                                                         | 2                                   |
| 6                                                         | 1                                   |