

Wat te doen bij een stroomstoring?

Voorzorgsmaatregelen noodstroomvoorziening

- De externe accu (indien aanwezig) en de beademingsmachine zijn met de netstroom verbonden via hetzelfde stopcontact
- Controleer de werking van de externe accu
- Ambuballon is aanwezig als patiënt maar korte tijd van de beademing kan
- Noodstroomvoorzieningen in de omgeving zijn bekend bij patiënt

Tijdens stroomstoring

Niet
afhankelijk van beademing
spontane ademhaling
mogelijk

Er is **geen** accu voorziening
aanwezig

- Beademings slang loskoppelen van masker of canule
- Bij geluids-alarm machine uitzetten
- Zonder beademing verder slapen als er geen benauwdheid ontstaat.
- Eventueel rechtop zittend slapen in bed of stoel

Wel
afhankelijk van beademing
spontane ademhaling
niet mogelijk

Er is **wel** een accu voorziening
aanwezig

- Beademing wordt voortgezet
- Controle werking van de externe accu
- Extra druppelen canule met NaCl 0.9% in geval van tracheacanule
- Alternatief regelen als stroomstoring langer gaat duren
- Een stroomstoring die naar verwachting langer dan 6 uur duurt melden bij het CTB