

Observatieschaal 22 Volwassenen (OS 22)

Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist
Naam beoordelaar
Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	Aansluiten mondstukbeademing	1	2	3	nvt
	De zorgverlener				
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten				
	Werkwijze aansluiten van de beademing				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: niet steriele handschoenen, beademingsmachine, beademingsslang en bevestigingsstang en voorgeschreven mondstuk				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt niet steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager een gewenste houding aan te nemen				
9.	controleert of het apparaat voldoende accucapaciteit heeft				

10.	kiest indien van toepassing de instelling voor mondstukbeademing				
11.	controleert of de beademingsmachine klaar is om te beademen; zet de beademingsmachine aan en controleert of de machine lucht geeft zodra het mondstuk wordt aangeraakt				
12.	controleert of er een apneualarm gaat wanneer de mondstukbeademing niet gebruikt wordt (indien dit is ingesteld)				
13.	positioneert het mondstuk zodanig dat deze voor de zorgvrager makkelijk te benaderen is				
14.	controleert of de zorgvrager het mondstuk kan bedienen				
15.	kijkt of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de machine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht krijgt				
16.	kijkt of de zorgvrager comfortabel is bij het gebruik mondstukbeademing				
17.	trekt niet steriele handschoenen uit				
18.	wast of desinfecteert de handen				
	Afsluiten van de mondstukbeademing				
19.	wast of desinfecteert de handen				
20.	trekt niet-steriele handschoenen aan				
21.	informeert de zorgvrager				
22.	draait de slang en het mondstuk weg van het gezicht van de zorgvrager				
23.	controleert of zorgvrager zelf ademt, voldoende lucht krijgt en comfortabel is				
24.	zet de beademingsmachine uit				
25.	controleert indien het apparaat is aangesloten op accu van de rolstoel of het apparaat oplaadt tijdens het opladen van de rolstoelaccu. Of laadt de beademingsmachine op via het stopcontact				
26.	trekt niet steriele handschoenen uit				
27.	wast of desinfecteert de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 7 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de

overige 20 items mogen er maximaal **4** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 20 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
18	4
17	3
16	3
15	3
14	3

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: