



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal 9 Volwassen (OS9)**Hoestmachine invasief**

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

De zorgverlener:					Nvt
Voorbereiding					
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten en complicaties als: plotselinge kortademigheid, klaplong, hyperventilatieklachten, spierpijn				
Hoestmachine toepassen					
1.	zet de juiste spullen klaar: - Schoon werkveld - niet-steriele handschoenen - Desinfectans - Handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel - hoestmachine met slangensysteem, bacteriefilter en verbindingstukje - Swivel - spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen				

	• schone tracheacanule en noodcanule • saturatiemeter, indien afgesproken				
6.	Wast of desinfecteert de handen				
7.	Rekt de niet-steriele handschoenen aan				
8.	Informeert de zorgvrager				
9.	Vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
10.	Heeft indien voorgeschreven de saturatiemeter aangesloten				
11.	Zet de hoestmachine aan en controleert of de hoestmachine goed werkt				
12.	Houdt het einde van de slang dicht met de hand, start de behandeling en controleert of de hoestmachine eerst blaast en dan zuigt				
13.	Leegt of vult de cuff volgens afspraak				
14.	Spreekt met de zorgvrager een teken af als hij/zij wil dat de behandeling stopt				
15.	Maakt de beademingsslang los van de tracheacanule of verwijdert de spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
16.	Onderdrukt het alarm van de beademingsmachine indien de zorgvrager beademt wordt				
17.	Start de behandeling				
18.	Plaast de swivel van hoestmachine tijdens de inademing van het apparaat op de tracheacanule				
19.	Voert juiste aantal cycli en sessies uit en eindigt de laatste sessie met een inademing				
20.	Verwijdert swivel en zet de hoestmachine uit				
21.	Zuigt indien nodig de luchtwegen uit				
22.	Sluit, indien nodig, zet, beademingsmachine weer aan of plaats een spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
23.	Zet indien afgesproken de saturatiemeter uit				
24.	Controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing of met spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
25.	Ruimt de gebruikte spullen op				
26.	Maakt de swivel en het verbindingstukje schoon met stromend water en laat deze drogen				
27.	Rekt niet-steriele handschoenen uit				
28.	Wast of desinfecteert handen				
29.	Apporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 12 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 16 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 15 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
6	
5	
4	
3	
2	

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: