

Observatieschaal 20 Volwassenen (OS 20)

Hoestmachine via een masker

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten en complicaties als: kortademigheid, klaplong, hyperventilatieklachten, spierpijn				
	Hoestmachine toepassen				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: hoestmachine met slangensysteem, swivel en bacteriefilter, indien voorgeschreven uitzuigapparatuur, indien voorgeschreven saturatiemeter, niet steriele handschoenen, goed passend masker				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				

© CTB Nederland OS 20: Hoestmachine via een masker 2025/11

8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	heeft indien afgesproken de saturatiemeter aangesloten				
10.	controleert of rand van het masker voldoende gevuld is met lucht en vult dit eventueel bij met 10 cc spuit				
11.	zet de hoestmachine aan en controleert of de machine eerst blaast en daarna zuigt				
12.	neemt, indien de zorgvrager beademd wordt, het mondneusmasker van het gezicht of draait het mondstuk van de mondbeademing weg				
13.	onderdrukt het alarm van de beademingsmachine of zet de beademingsmachine uit indien dit afgesproken is				
14.	start de behandeling				
15.	plaatst tijdens de inademing van de hoestmachine het mondneusmasker van de hoestmachine op het gezicht van de zorgvrager				
16.	laat het mondneusmasker van de hoestmachine op het gezicht staan gedurende het juiste aantal cycli en eindigt elke sessie met een inademing				
17.	neemt het mondneusmasker van het gezicht van de zorgvrager weg				
18.	past, indien voorgeschreven, borst/buik compressie toe tijdens elke uitademing				
19.	zet de hoestmachine uit				
20.	zuigt zo nodig de mond-keelholte uit				
21.	sluit het mondneusmasker van de beademingsmachine of het mondstuk van de mondbeademing aan indien de zorgvrager beademd wordt				
22.	reinigt zo nodig het mondneusmasker van de hoestmachine				
23.	ruimt de gebruikte materialen op				
24.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
25.	wast of desinfecteert handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 10 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 17 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 17 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
16	3
15	3
14	3
13	3
12	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: