

Observatieschaal kind 01

Aan- en afsluiten van de beademing bij een kind met een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

Score 1: Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.

Score 2: Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.

Score 3: Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.

Nvt: Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Aansluiten en afsluiten van invasieve beademing				
	<i>Aansluiten van de beademing</i>				
4	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
5	zet de spullen die nodig zijn klaar				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding				

7	controleert de beademingsmachine of deze klaar is voor gebruik door: • of er een disconnectie-alarm gaat als de beademingsmachine niet aangesloten is en of er een obstructie-alarm gaat als de slang wordt geblokkeerd. Als het kind in een instelling verblijft: controleert of de alarmen doorkomen op het oproepsysteem van de zorgverlener • of de beademingsmachine aangesloten is op stroom en de status van accu • of de elektrische bevochtiger klaar is voor gebruik en met water gevuld is • als er geen actieve bevochtiger wordt gebruikt: plaatst een bevochtigingsfilter tussen whisperswivel/expiratieklep en swivel				
8	helpt het kind in de gewenste houding en sluit als afgesproken de saturatiemeter aan				
9	controleert of de beademingsmachine nog aan staat door te controleren of er lucht uit de beademingsslang komt				
10	verwijdert, indien aanwezig, het bevochtigingsfilter, het spreekklep of afsluitdop van de tracheacanule				
11	sluit de beademingsslang aan de tracheacanule				
12	vult, indien aanwezig en volgens afspraak, de cuff van de tracheacanule met de benodigde hoeveelheid lucht of water				
13	kijkt of de borstkas en/of buik omhoog komt wanneer de beademingsmachine lucht inblaast. Vraagt, als het kan, of het kind zich prettig voelt aan de beademing.				
14	Controleer of het kind zelf kan alarmeren, kan dit niet zet dan bv een babyfoon aan				
1	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken) en wast of desinfecteert de handen				
16	schrijft de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				
	Afsluiten van de beademing				
17	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
18	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding				
19	koppelt de beademingsslang los van de tracheacanule				
20	controleert of het kind zelf ademt, zich prettig voelt en voldoende lucht krijgt				
21	zet de beademingsmachine uit en zorg dat deze is aangesloten op de netstroom				

22	zet de elektrische bevochtiger uit				
23	als het kind tijdens de beademing gecufft is, leeg de cuff, indien afgesproken, en zuig de tracheacanule zonodig uit				
24	plaatst, volgens afspraak, een bevochtigingsfilter, spreekklep (nooit met opgeblazen cuff) of afsluitdop op de tracheacanule (nooit met opgeblazen cuff)				
25	Zet saturatiemeter uit als dit is afgesproken				
26	ruim de gebruikte spullen op Leeg de bevochtigingspot en maak hem schoon en droog Hang de beademingsslangen op om te drogen				
27	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn ongetrokken) en wast of desinfecteert de handen				
28	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **5 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 2 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 23 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden onderstaand regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
23	3
22	3
21	2
20	2
19	2
18	2