

Observatieschaal kind 04**Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule bij een kind aan de beademing**

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria**Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.**Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.**Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.**Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.**De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !**

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het uitzuigen van de luchtweg				
4	zet de juiste spullen klaar				
5	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en helpt het kind in de goede houding				

7	zet het uitzuigapparaat aan en controleert de werking van het uitzuigapparaat door de verbindingsslang dicht te knijpen en te kijken of de drukmeter oploopt tot de afgesproken waarde (volgens afspraak CTB)				
8	opent de verpakking van de uitzuigkatheter aan de bovenkant en laat de uitzuigkatheter in de verpakking zitten				
9	sluit de steriele uitzuigkatheter aan op de verbindingsslang van het uitzuigapparaat				
10	haalt de uitzuigkatheter uit de verpakking zorgt dat de uitzuigkatheter nergens tegen aan komt en raakt het uiteinde niet aan				
11	meet de juiste uitzuiglengte van de uitzuigkatheter af, deze wordt niet verder ingebracht dan de afgesproken lengte van de tracheacanule plus maximaal 0,5 cm.				
12	onderdrukt het beademingsalarm, als het kind beademd wordt				
13	maakt de beademingsslang los van de tracheacanule of verwijdt de spreekklep, het bevochtigingsfilter of de afsluitdop				
14	brengt de uitzuigkatheter niet zuigend in				
15	haalt de uitzuigkatheter rustig rollend tussen duim en wijsvinger, in een vloeiende beweging weer terug				
16	kijkt hoe het kind reageert let op ademhaling en huidskleur				
17	beoordeelt het slijm dat opgezogen is let op kleur, samenstelling en hoeveelheid				
18	herhaalt zo nodig stap 13 t/m 17. Hiervoor hoeft geen nieuwe uitzuigkatheter gebruikt te worden tenzij deze zichtbaar vies is aan de buitenkant Sluit als het nodig is de beademing weer aan of balloneert het kind voordat er een tweede keer wordt uitgezogen.				
19	sluit de beademing weer aan of zet het bevochtigingsfilter, de spreekklep, of afsluitdop op de tracheacanule				

20	controleert de ademhaling en kijkt of het kind zich prettig voelt				
21	maakt de uitzuigkatheter los van de verbindingsslang				
22	gooit de uitzuigkatheter weg				
23	spoelt de vingertip en de verbindingsslang door met water				
24	zet het uitzuigapparaat uit				
25	ruimt de gebruikte spullen op				
26	trekt de niet steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken), wast of desinfecteert de handen				
27	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **10 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 17 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 15 overige punten zijn beoordeeld omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden onderstaand regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
17	3
16	2
15	2
14	2
13	2