

Observatieschaal kind 05

Druppelen en balloneren van een kind met een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

Score 1: Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.

Score 2: Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.

Score 3: Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.

Nvt: Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Druppelen en balloneren				
4	zet de juiste spullen klaar				
5	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en helpt het kind in de goede houding				
7	maakt, als het kind beademd wordt, de swivel los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm van de				

	beademingsmachine. Zet de machine nooit uit, behalve als dit is afgesproken. Verwijdert de spreekklep, bevochtigingsfilter of de afsluitdop, als het kind niet beademd wordt.				
8	Zuigt de tracheacanule uit, als dat nodig is,				
9	druppelt de afgesproken hoeveelheid fysiologisch zout (NaCl 0,9%) in de tracheacanule (als het lukt bij de inademing)				
10	sluit de handbeademingsballon met swivel en verbindingsslang aan op de tracheacanule				
11	knijpt rustig in de handbeademingsballon met beide handen met een ademsnelheid die bij het kind past				
12	zuigt de tracheacanule uit en herhaalt dit als er nog slijm zit				
13	controleert en/of vraagt (als dat kan) het kind of het slijm verdwenen is na het uitzuigen				
14	sluit, als het kind beademd wordt, de swivel van de beademingsmachine aan op de tracheacanule en kijkt of de borstkas omhoog komt tijdens de beademing. Plaatst de spreekklep, het bevochtigingsfilter of de afsluitdop, als het kind niet beademd wordt.				
15	kijkt hoe het kind reageert. Let op huidskleur en ademhaling.				
16	maakt de uitzuigkatheter los van de verbindingsslang en gooit de uitzuigkatheter weg				
17	spoelt de vingertip en de verbindingsslang door met water en het uitzuigapparaat uit				
18	ruimt de gebruikte spullen op				
19	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken), en wast of desinfecteert de handen				
20	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **7 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 13 punten mogen er maximaal 2 onvoldoende zijn (score 1)

Als er 3 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende.

Als er minder dan 10 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de volgende regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
13	2
12	1
11	1
10	1