

Observatieschaal kind 08

Wisselen van een tracheacanule bij een kind aan de beademing

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

Score 1: Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.

Score 2: Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.

Score 3: Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.

Nvt: Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het wisselen van een tracheacanule zonder cuff				
4	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan				
5	maakt een schoon werkveld en plaatst een afvalbakje				
6	legt op het schone werkveld alle spullen klaar				

7	zorgt dat de handbeademingsballon en noodset binnen handbereik ligt				
8	controleert de juiste maat en type van de tracheacanule die het kind gebruikt. Controleert de onderdelen van de schone tracheacanule op beschadigingen. Brengt de voerder in en controleert of deze makkelijk in en uit de tracheacanule gaat				
9	plaatst de voerder terug in de tracheacanule				
10	maakt de buitenzijde van de schone tracheacanule glad met glijmiddel of (kraan)water				
11	vertelt het kind, als dat kan, wat je gaat doen				
12	sluit de saturatiemonitor aan (als dat nodig is)				
13	zuigt, als het nodig is, voor de wissel, de tracheacanule uit				
14	zuigt, als het nodig is, voor het wisselen van de tracheacanule, de tracheacanule goed uit				
15	verwijdert het tracheacanulebandje en het tracheacanulegaas, houdt de tracheacanule goed vast				
16	maakt, als het kind beademd wordt, de beademingsslang los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm van de beademingsmachine. De beademingsmachine mag niet worden uitgezet, behalve als dat is afgesproken.				
17	verwijdert de spreekklep, afsluitdop of het bevochtigingsfilter, als het kind niet wordt beademd				
18	verwijdert de tracheacanule met een vloeiende beweging uit het tracheostoma en legt deze in het opvangbakje				
19	brengt de schone tracheacanule met voerder met een vloeiende beweging in het tracheostoma (richting de tenen)				
20	verwijdert gelijk de voerder				
21	als het nodig is, sluit de beademingslang aan op de tracheacanule. Let erop dat de beademingsmachine aanstaat.				
22	maakt de tracheacanule vast met het tracheacanulebandje				

23	plaats de spreekklep, afsluitdop of het bevochtigingsfilter, als het kind niet wordt beademd				
24	maakt de huid rondom het tracheastoma schoon met een vochtig gaas of wattenstokjes maakt daarna de huid droog met een droog gaas of wattenstokjes				
25	controleert de huid rondom tracheostoma, let hierbij op kleur, geur, pijn en zwelling				
27	brengt het huidbeschermingsmiddel op de huid aan, als dit is afgesproken				
28	brengt een schoon tracheacanulegaas aan				
29	maakt het nieuwe tracheacanulebandje zo strak vast dat er nog een vinger past tussen hals en tracheacanulbandje				
30	controleert de ademhaling en kijkt of het kind zich prettig voelt				
31	maakt de tracheacanule schoon, als deze nog een keer gebruikt mag worden, ruimt deze schoon en droog op				
32	maakt de gebruikte spullen schoon en ruimt de gebruikte spullen op				
34	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven) en wast of desinfecteert de handen				
35	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **15 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 20 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 19 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden onderstaande regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
19	3
18	3
17	2
16	2

15	2
----	---