

Observatieschaal kind 12

Zuurstof toedienen tijdens de beademing bij een kind met een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist:
Organisatie:
Naam beoordelaar:
Datum:

Beoordelingscriteria

- **Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.
- **Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.
- **Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.
- **Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling is				
3	benoemt de aandachtspunten van de handeling				
	Zuurstof toedienen tijdens tracheostomale beademing				
	Starten van zuurstof				
4	zet de spullen die nodig zijn klaar				
5	wast of desinfecteert de handen				

6	maakt het einde van de zuurstof verbindingsslang vast aan de zuurstofbron				
7	plaatst de zuurstofnippel op het aansluitpunt van de beademingsmachine en bevestigt het einde van de zuurstofslang aan de zuurstofbron				
8	zet de beademingsmachine aan en sluit het kind aan op de beademingsmachine				
9	zet de zuurstof aan				
	<i>Stoppen van zuurstof</i>				
10	zet eerst de zuurstof uit, zet als het nodig is andere zuurstoftoediening klaar				
11	haalt het kind van de beademing af zet daarna de beademingsmachine uit				
12	wast of desinfecteert de handen				
13	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen.

Het resultaat is voldoende als:

Alle **5 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 8 punten mogen er maximaal 2 onvoldoendes zijn (score 1).

Als 3 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 8 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de onderstaand regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
8	1
7	1