

## Observatieschaal kind 13

### Hoestmachine via een tracheacanule bij een kind

Categorie: Risicovolle handeling

**Naam cursist:**

**Naam beoordelaar:**

**Datum:**

#### Beoordelingscriteria

**Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.

**Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.

**Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.

**Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

**De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!**

|    | <b>Hoestmachine via een tracheacanule bij een kind</b>                                                  |          |          |          |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|    | <b>De zorgverlener</b>                                                                                  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>nvt</b> |
|    | <b>Vorbereiding</b>                                                                                     |          |          |          |            |
| 1. | benoemt het doel van de handeling                                                                       |          |          |          |            |
| 2. | benoemt waarom de handeling nodig is                                                                    |          |          |          |            |
| 3. | <b>benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten bij de handeling</b>                            |          |          |          |            |
| 4. | zet de spullen die nodig zijn klaar                                                                     |          |          |          |            |
| 5. | wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven) |          |          |          |            |
| 6. | vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding                     |          |          |          |            |
| 7. | spreekt, als het kan, met het kind een stopteken af                                                     |          |          |          |            |
| 8. | sluit de saturatiemeter aan, als dat nodig is                                                           |          |          |          |            |
| 9. | <b>zet de hoestmachine aan en controleert of de hoestmachine goed werkt door het einde van de</b>       |          |          |          |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | <b>slang dicht te houden met de hand, start de behandeling en controleer of de hoestmachine eerst blaast en daarna zuigt</b>                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 10. | indien een tracheacanule met cuff, voert de behandeling uit volgens voorschrift van het CTB. Dit kan zowel met lege als gevulde cuff zijn                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 11. | maakt, als het kind beademd wordt, de swivel los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm van de beademingsmachine of zet de beademingsmachine uit. <b>V e r w i j d e r t</b> , a l s het kind niet beademd wordt, de spreekklep, het bevochtigingsfilter of de afsluitdop |  |  |  |  |
| 12. | start de behandeling op de hoestmachine                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 13. | <b>plaatst de swivel van de slang van de hoestmachine tijdens de inademing op de tracheacanule. Laat de swivel op de tracheacanule gedurende 5 cycli. Wacht na iedere sessie 10 – 20 seconden voor de volgende sessie wordt gestart. De zorgverlener telt</b>                   |  |  |  |  |
| 14. | <b>begint en eindigt elke sessie met een inademing</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 15. | vijf hoestcycli vormen één sessie. Vijf van deze sessies vormen één behandeling (tenzij anders is voorgeschreven)                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 16. | <b>observeert of de borstkas van het kind omhoog komt</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 17. | past, als voorgeschreven, buik en/of borstcompressie toe tijdens de uitademing                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 18. | <b>verwijdert de swivel en zet de hoestmachine uit</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 19. | zuigt, als dit nodig is, uit via de tracheacanule                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 20. | zet, als het kind beademd wordt en de beademingsmachine uitstaat, de beademingsmachine weer aan                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 21. | sluit de swivel van de beademingsmachine aan als het kind beademd wordt. Of plaatst de spreekklep, het bevochtigingsfilter of de afsluitdop, indien aanwezig, op de tracheacanule                                                                                               |  |  |  |  |
| 22. | zet de saturatiemeter uit, als dit is afgesproken                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 23. | maakt de gebruikte spullen schoon                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 24. | ruimt de gebruikte spullen op                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 25. | trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken) en wast of desinfecteert de handen                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |

|     |                                                                            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 26. | schrijft de bijzonderheden op volgens afspraak binnen de eigen organisatie |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

### Hoe te beoordelen.

#### Het resultaat is voldoende als:

Alle 6 **vetgedrukte** competenties minimaal voldoende (score 2) zijn beoordeeld

Van de overige 19 competenties mogen er maximaal 3 onvoldoendes (score 1) zijn

Als er minder dan 19 overige competenties zijn beoordeeld omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de onderstaande regels:

|  |
|--|
|  |
|--|

| Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties | Maximaal aantal onvoldoendes |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 19                                                 | 3                            |
| 18                                                 | 3                            |
| 17                                                 | 2                            |
| 16                                                 | 2                            |