

Observatieschaal kind 21**Het wisselen van de tracheacanule bij kinderen**

Categorie: voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Voorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het wisselen van een tracheacanule bij kinderen				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeert het kind				
8.	Sluit de saturatiemonitor aan (indien voorgeschreven)				
9.	Maakt een schoon werkveld en legt de materialen klaar				
10.	Zorgt dat de handbeademingsballon en de nood-tracheacanule binnen handbereik ligt				
11.	Controleert eerst de onderdelen van de schone tracheacanule op eventuele beschadigingen				

12.	Controleert of de voerder makkelijk in en uit de tracheacanule gaat. Plaatst de voerder terug in de tracheacanule				
13.	Knipt eventueel de puntjes van het tracheacanulebandje schuin af zodat deze makkelijker door de gaatjes van de halsplaat kunnen worden gehaald. Bevestigt het bandje aan één kant van de tracheacanule				
14.	Maakt de buitenzijde van de schone tracheacanule glad door middel van glijmiddel of (kraan)water				
15.	Zuigt, zo nodig, voorafgaand aan de tracheacanulewissel, de tracheacanule uit				
16.	Legt het kind in de gewenste houding of vraagt het kind de gewenste houding aan te nemen. Jonge kinderen op de rug neerleggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen. Bij een ouder kind kan de wissel ook zittend worden gedaan				
17.	Verwijdert het tracheacanulegaas, houdt de tracheacanule in een goede positie vast				
18.	Verwijdert zo nodig het bevochtigingsfilter, de spreekklep of de afsluitdop				
19.	Knipt het tracheacanulebandje aan één zijde door, houdt hierbij de tracheacanule vast				
20.	Verwijdert de tracheacanule met een vloeiende beweging (richting de tenen) uit het tracheostoma en leg deze in het opvangbakje				
21.	Brengt de schone tracheacanule met voerder met een vloeiende beweging in het tracheostoma (richting tenen)				
22.	Verwijdert de voerder				
23.	Fixeert de tracheacanule met het tracheacanulebandje				
24.	Reinigt de huid rondom het tracheostoma door middel van een vochtig gaas, maakt het droog met een droog gaas en inspecteert het stoma en de huid. Let hierbij op kleur, geur, pijn en zwelling				
25.	Brengt het huidbeschermingsmiddel aan, indien voorgeschreven				
26.	Plaatst een bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop zoals voorgeschreven				

27.	Brengt het tracheacanulegaas aan				
28.	Controleert na het bevestigen of het tracheacanulebandje strak genoeg zit. Er mag een vinger ruimte zijn tussen het tracheacanulebandje en de huid van de hals				
29.	Controleert de ademhaling en beoordeelt of het kind comfortabel is				
30.	Ruimt de gebruikte materialen op				
31.	Reinigt de tracheacanule, indien deze opnieuw gebruikt wordt, berg deze schoon en droog op				
32.	Trekt de niet-steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 17 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 15 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 15 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
14	3
13	3
12	3
11	2
10	2